

Découvrez les kits KANE456 et KANE458



www.kane.fr

Kane International Ltd
299 rue St Sulpice - Bâtiment Arsenal - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 80 88 54 Fax. 03 27 80 91 55 Email. infos@kane.fr



KANE456/KANE458kitPro



KANE456/KANE458KitPro+



KANE458KitGaz

VERSION	Analyseur	Adaptateur secteur / Chargeur	Imprimante infrarouge KANEIRP-2	Consommables Filtres PF400/10 Rouleau papier thermique: TP5	Mallette de transport	Sonde de détection de fuites de gaz CD50	Flexibles pour la mesure de pression gaz 5325	Sonde de température air/liquide KAL1	Opacimètre BRIGON 4210
KANE456/KMCu250 KANE458/KMCu250	✓	✓							
KANE456 KitPro KANE458 KitPro	✓	✓	✓		✓				
KANE456 KitPro + KANE458 KitPro +	✓	✓	✓		✓				✓
KANE458 KitGaz	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

KANE456 ET KANE458 sur votre ordinateur, tablette et smartphone

Transférez et stockez toutes vos données sur PC/tablette ou smartphone (sous android) via liaison sans fil Bluetooth. Éditez vos attestations d'entretien avec transfert des données sur PC avec le logiciel gratuit KANELIVE.



Notre distributeur :

Suivez-nous sur :



**KANE456/
KANE458**

Analyseurs de combustion pour installation fioul, gaz et granulés.

Des instruments idéaux dans le cadre de l'entretien et le dépannage des chaudières domestiques et tertiaires.



CELLULES
DURÉE DE VIE
ET GARANTIE
5 ANS

Les analyseurs de combustion KANE456/ KANE458

Principales fonctionnalités des analyseurs

- Analyseurs pour les installations fioul, gaz et granulés
- Mesure directe du CO2 grâce à un capteur infrarouge
- Mesure ou calcule CO2, O2, CO (combustion et ambiant), température fumée, ambiante et nette, excès d'air, rendement et rendement sur condensation
- Fonction spécifique regroupant l'ensemble des mesures pour l'arrêté de vérification des installations de 4 à 400KW avec impression de l'attestation d'entretien directement sur l'imprimante
- Affichage 6 paramètres
- Simplicité d'utilisation
- Logiciel gratuit PC KANELIVE avec édition des attestations d'entretien
- Manomètre numérique pression / tirage haute résolution
- Thermomètre numérique différentiel
- Test d'étanchéité des installations gaz (avec Kit KTE optionnel)
- Impression des données par liaison infrarouge, interface PC ou sans fil Bluetooth
- Évolutif NOx (KANE458)
- Protection de la cellule CO (KANE458)

Certifié
EN50379



Sonde détection fuite de gaz

Accessoires optionnels

- Sonde détection fuites de gaz CD50
- Sonde de combustion avec tige flexible KMCP35
- Flexibles pour la mesure pression gaz 5325
- Kit de mise sous pression KTE
- Opacimètre BRIGON 4210

Thermomètre différentiel

- Mesure température départ / retour
- Mesure T1, T2 et T1-T2
- Connexion standard sondes thermocouple «K»
- Mémorisation possible de 20 mesures de température
- Différents types de sondes optionnelles
 - Sonde de température air/liquide KAL1
 - Sonde filaire de mesure de température KFT1
 - Sonde de température velcro pour mesure sur tuyau KWA1



KANE456KITPRO & KANE458KITPRO

KANE propose un kit professionnel en mallette composé de l'analyseur, sa sonde de combustion, d'un adaptateur secteur/chargeur KMCU250 et d'une imprimante infrarouge KaneIRP-2.



CELLULES
DURÉE DE VIE
ET GARANTIE
5 ANS



Maintenance et vérification KANE456 & KANE458

- Coût d'entretien réduit : cellules avec durée de vie et garantie de 5 ans
- Des prestations à prix fixes et compétitifs y compris pour le remplacement des cellules
- Programme SAV spécifique avec extension de garantie totale de 7 ans
- Des prestations SAV rapides (1 à 2 jours maximum)

Mode «DIAG INSTALL» pour la réglementation et attestation d'entretien

- Mode automatique avec indications des étapes à suivre
- Impression de l'attestation sur un seul ticket (ou transfert sur PC)

Manomètre numérique

- Mesure la pression gaz (simple ou différentielle)
- Test d'étanchéité des installations (kit de mise sous pression KTE en option)
- Mémorisation possible de 20 tests de pression/tirage



KANE458
U 2.14B
SERIAL NO.18231460

VOTRE SOCIETE
VOTRE N°DE TEL

DATE 17/10/14
HEURE 09:47:53

CHAUDIERE

Marque:
Modèle:
Energie: GAZ NAT
Mode d'évacuation:
No de série:

Mise en service:
Puissance:

POINTS DE CONTROLES

Nettoyages
 Corps de chauffe
 Veilleuse
 - Extracteur
 Brûleur
 Conduit UMC

Vérifications
 Conduit de raccordement
 Dispositifs sécurité
 Débit de gaz
 Circulateur
 Organe de régulation
 Dispositif anti-refoulement
 Ballon: anodes

Vérifications recommandées
 Pression hydraulique

Opacité 2

TIRAGE
Tirage - 3.8 Pa

CO AMBIANT
CO MAX 18 PPM
RESULTAT Anomalie

COMBUSTION

COMB	GAZNAT
O2 %	5.1
CO2 %	9.0
CO PPM	359
FUMEE °C	99.5
ENTREE °C	20.5
NETT °C	79.0

REND (C)	96.6
PERTES XAIR %	3.4
	32.2
CO/CO2	0.0039
O2 Ref.	0.0

EVALUATIONS
 Rendement (%):
 Evalué: 97.9
 Référence: 98.9

NOx (mg/kwh. 0%O2):
 Evalué: 14
 Référence: 0

CONSEILS

(...)